

EG – Konformitätserklärung / EU – Declaration of conformity

Hersteller / *Manufacturer:* reer GmbH
Muehlstr. 41
D-71229 Leonberg / Germany

Produkt / *Product:* Digitales Schnuller-Fieberthermometer
Digital pacifier fever thermometer
Art. N° 9633 (TM03)



Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Wir bestätigen, dass das oben genannte Produkt die Schutzziele folgender EG-Richtlinien erfüllt:

We confirm that the above-named product meets the essential safety requirements of the following EU-directives:

2001/95/EG	1907/2006/EG	2011/65/EU	2006/66/EU	93/42/EEC
2014/30/EU	93/68/EWG	850/2004/EG		
EN 60601-1-11	EN 60601-1-2	EN 13485	US ASTM F963-08	

Geprüft durch: DNV GL NEMKO PRESAFE AS, Norway, → N° 9962-2017-CE-RGC-NA-PS +
Certificated by: → N° 244303-2017-AQ-RGC-NA-PS
ATC Accurate Technology Co. Ltd. → N° ATZ2015052
NTEK Testing Technology Co. Ltd. → N° DGC180514051P
Intertek Testing Services Hong Kong Ltd. → N° HKGH01139514
SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd. → N° GZES120200122302-01 +
→ N° CANEC1823100501 + → N° GZME140400027401 + → N° T31820192445SC +
→ N° SZTY1301004628LP

Leonberg, 2019-01-23



reer
reer GmbH
Muehlstr. 41 | D-71229 Leonberg
Tel: +49 (0)7152 / 92852-0 / Fax: +49 (0)7152 / 92852-44
E-mail: info@reer.de
Internet: www.reer.de / www.reer-safety.de

Rainer Mörk – Geschäftsführer - CEO

Managing Directors: Rainer Mörk
Tim Lorenz
HRB: 252651

Adress: reer GmbH
Muehlstr. 41
71229 Leonberg / Germany

Phone: +49 (0)7152/92852-0
Fax: +49 (0)7152/92852-44
E-Mail: info@reer.de
www.reer.de + www.reer-safety-house.com