

EG - Konformitätserklärung EU - Declaration of conformity

**Hersteller /
Manufacturer:** REER GmbH
Muehlstr. 41
D-71229 Leonberg / Germany

Erzeugnis und Digitales Fieberthermometer mit flexibler Messspitze

Typenbezeichnung: Digital fever thermometer with flexible tip

Art.N° / type: 9844 (SC19Flex)



Das Medizinprodukt digitales Fieberthermometer 9844 (SC19Flex) der Klasse IIa entspricht allen Anforderungen der Richtlinien 93/42/EWG (MDD) und 2011/65/EU (RoHS II), die anwendbar sind.

The medical device Digital fever thermometer 9844 (SC19Flex) of class IIa meets all the provisions of the directives 93/42/EEC (MDD) and 2011/65/EC (RoHS II) which apply to it .

MDD-Konformitätsbewertungsverfahren: Annex II.3 MDD

Conformity assessment procedure (EEC): according to Annex II.3 MDD

Leonberg, 2016-10-12

Ort, Datum



reer
reer GmbH
Muehlstraße 41 | D-71229 Leonberg
Tel: +49 (0)7152 / 92852-0 | Fax: +49 (0)7152 / 92852-44
E-mail: info@reer.de
Internet: www.reer.de / www.kidsafe.de

Rainer Mörk - Geschäftsführer

Managing Directors:
Rainer Mörk
Tim Lorenz
HRB: 252651

Adress:
reer GmbH
Muehlstr. 41
71229 Leonberg
Germany

Phone: +49 (0)7152/92852-0
Fax: +49 (0)7152/92852-44
E-Mail: info@reer.de
www.reer.de
www.reer-safety-house.com